



总抗氧化能力(DPPH 法)试剂盒

微量法 100T/96S

注 意: 正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

研究意义:

测定对象中各种抗氧化物质和抗氧化酶等构成总抗氧化水平。在生物学、医学和药学研究中常常检测血浆、血清、唾液、尿液等各种体液，细胞或组织等裂解液、植物或中草药抽提液及各种抗氧化物(antioxidant)溶液的总抗氧化能力。

测定原理:

DPPH[•]为稳定的自由基，溶于甲醇，乙醇等极性溶剂中，在 515nm 处有最大吸收。向 DPPH[•]溶液中加入抗氧化剂时，会发生脱色反应，因此可用吸光度的变化并以 Trolox 作为对照体系量化抗氧化物质的抗氧化能力。

自备实验用品:

恒温水浴锅、低温离心机、酶标仪、96 孔板和蒸馏水。

试剂组成和配制:

提取液：液体 120mL×1 瓶，使用前预冷。

试剂一：液体 45mL×1 瓶，避光保存。

样品的制备:

(1) 血清、血浆、唾液或尿液等液体样品



纪宁实业
Jining Shiye

血浆（制备时可以使用肝素或柠檬酸钠抗凝，不宜使用 EDTA 抗凝）4℃，5000rpm 离心

10min，取上清待测。血清、唾液或尿液样品直接用于测定，也可以-80℃冻存（不宜超过30d）后再测定。

(2) 组织样品

按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为1: 5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液）进行冰浴匀浆，然后10000g, 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

(3) 细胞样品

按照细胞数量(10⁴个)：提取液体积(mL)为500~1000: 1的比例（建议500万细胞加入1mL提取液），冰浴超声波破碎（功率200W，超声3s，间隔10s，重复30次）；10000g, 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

操作步骤：

1、酶标仪预热30min，调节波长至515nm。

2、操作表（在EP管中反应）

	空白管	测定管
提取液(μL)	20	
样品(μL)		20
试剂一(μL)	380	380

充分混匀，室温避光反应20min，取200 μL至96孔板测定515nm吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$
A测定注意：空白管只需测定一次，若A测定小于0.2，需用提

取液稀释后检测。

总抗氧化能力计算公式：

1、以自由基清除率表示：



DPPH 自由基清除率 (%) = (A 空白-A 测定) ÷ A 空白 × 100%

2、以标准曲线上获得的抗氧化剂 Trolox 的量表示：

标准曲线： $y = 0.7072x - 0.0081$ R² = 0.9977 x:Trolox 浓度(μ mol/mL)

y:吸光值差值△A

单位定义:用从标准曲线上获得的抗氧化剂 Trolox 的量来表示样本的 DPPH 自由基清除能力。 (1) 按样本质量计算

总抗氧化能力 (μ mol Trolox/g 鲜重) = $(\Delta A + 0.0081) \div 0.7072 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{总}} \times W) = 1.414 \times (\Delta A + 0.0081) \div W$

(2) 按样本蛋白浓度计算

总抗氧化能力 (μ mol Trolox/mg prot) = $(\Delta A + 0.0081) \div 0.7072 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{总}} \times C_{\text{pr}}) = 1.414 \times (\Delta A + 0.0081) \div C_{\text{pr}}$

(2) 按细胞计算

总抗氧化能力 (μ mol Trolox/10⁴cell) = $(\Delta A + 0.0081) \div 0.7072 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{总}} \times \text{细胞数量 (万个)})$
 $= 1.414 \times (\Delta A + 0.0081) \div \text{细胞数量 (万个)}$

(4) 按液体体积计算

总抗氧化能力 (μ mol Trolox/mL) = $(\Delta A + 0.0081) \div 0.7072 = 1.414 \times (\Delta A + 0.0081)$
 $V_{\text{样总}}:$ 加入提取液体积, 1 mL; $V_{\text{样}}:$ 反应中样品体积, 20 μL; $W:$ 样品质量, g; $C_{\text{pr}}:$ 样本蛋白浓度, mg/mL

注意事项:

1. 尽量避免使用在酸性条件下呈红色或接近红色的试剂, 否则对本试剂盒的检测结果产生干扰。
2. 样品中不宜添加 Tween、Triton 和 NP-40 等去垢剂和 DTT、巯基乙醇等影响氧化还原反应的还原剂。



纪宁实业
Jining Shiye

-
3. 若液体样本为碱性，需要用提取液稀释至酸性后再检测。